

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN
TRUNG TÂM CƠ KHÍ MINH ANH
CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa,
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
đã được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn

ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Thử nghiệm Cơ

Mã số: VLAT-1.0731

Số: AOSC-1.0731.1
Ngày cấp: 15/12/2022
Giá trị đến: 14/12/2027



GIÁM ĐỐC


PGS.TS NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM

**VIETNAM UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
ACCREDITATION OFFICE FOR STANDARDS CONFORMITY ASSESSMENT CAPACITY**



ACCREDITATION CERTIFICATE

**MINHANH MECHANICAL CENTER
MINH ANH TECHINFO CO.,LTD**

**Address: Road No.3, Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward,
Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
has been assessed and found conforming with the requirements of standard**

ISO/IEC 17025:2017

Fields of Accreditation: Mechanical Testing

Accreditation Code: VLAT-1.0731

No.: AOSC-1.0731.1
Issue date: 15/12/2022
Expiration date: 14/12/2027



DIRECTOR


Assoc. Prof. NGUYEN THI KHANH TRAM



Số: 268/QĐ-AOSC

**LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận năng lực phòng thử nghiệm

**GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**

Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1245 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ Quy định công nhận của Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng - AOSC;

Xét đề nghị của Phòng Công nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận: **TRUNG TÂM CƠ KHÍ MINH ANH, CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH** có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với các phép thử nghiệm trong phạm vi kèm theo.

Điều 2. Phòng thử nghiệm được mang mã số: **VLAT-1.0731**.

Điều 3. Phòng thử nghiệm được công nhận ở Điều 1 được phép sử dụng dấu công nhận và phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về công nhận năng lực thử nghiệm theo quy định hiện hành của AOSC trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2027 và phòng thử nghiệm phải chịu sự giám sát định kỳ không quá 12 tháng một lần.


Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu AD.

GIÁM ĐỐC



PGS.TS NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTING

(Ban hành kèm theo quyết định số: 268/QĐ-AOSC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng)

Issue together with Decision no.: 268/QĐ-AOSC date 15 Dec 2022 of Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity)

1. Tên phòng thử nghiệm/ Testing Lab name: Trung tâm Cơ khí MinhAnh/ MinhAnh Mechanical Center
2. Cơ quan chủ quản/ Agency: CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH/ MINH ANH TECHINFO CO.,LTD
3. Lĩnh vực thử nghiệm/ Field: Thử nghiệm Cơ/ Mechanical Testing
4. Người phụ trách/ Head of Lab: Trần Trọng Nghĩa
5. Người có thẩm quyền ký/ Lab's authorized personnel:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Phạm vi được ký/ Scope
1	Trần Trọng Nghĩa	Trưởng phòng kỹ thuật/Quản lý PTN	Thử nghiệm Cơ/ Mechanical Testing
2	Nguyễn Văn Thực	Phó trưởng phòng kỹ thuật	Thử nghiệm Cơ/ Mechanical Testing
3	Ngô Văn Tùng	Cán bộ đảm bảo Chất lượng	Thử nghiệm Cơ/ Mechanical Testing

6. Mã số phòng thử nghiệm/ Accreditation Testing code: VLAT-1.0731

7. Thông tin phòng thử nghiệm/ Lab information

Trung tâm Cơ khí MinhAnh/ MinhAnh Mechanical Center

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ Road No.3, Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province

Điện thoại: 0254 3857923



8. Các phép thử được công nhận/ Accredited Parameters:

STT No.	Tên phép thử Name of test	Nền mẫu Matrix	Phạm vi đo Measure range	Phương pháp thử Methods
1	Xác định áp suất mở xả <i>Determination of simmering pressure</i>	Van an toàn/ <i>Safety valve</i>	Đến / to 6 000 psi	API 527 4th Edition Nov.2014
2	Xác định áp suất đóng <i>Determination of closing pressure</i>	Van an toàn/ <i>Safety valve</i>	Đến / to 6 000 psi	API 527 4th Edition Nov.2014
3	Xác định áp suất thử kín <i>Determination of leakage test pressure</i>	Van an toàn/ <i>Safety valve</i>	Đến / to 6 000 psi	API 527 4th Edition Nov.2014
4	Thử khả năng chịu áp suất của vỏ <i>Shell test</i>	Van đóng mở/ <i>Shut-off valve</i>	Đến / to 20 000 psi	API 598 10th Edition Nov.2016
5	Thử mặt làm kín mặt tiếp xúc sau <i>Backseat test</i>	Van đóng mở/ <i>Shut-off valve</i>	Đến / to 20 000 psi	API 598 10th Edition Nov.2016
6	Thử áp suất thấp trong trạng thái đóng <i>Low- pressure closure test</i>	Van đóng mở/ <i>Shut-off valve</i>	Đến / to 160 psi	API 598 10th Edition Nov.2016
7	Thử áp suất cao trong trạng thái đóng <i>Hight-pressure closure test</i>	Van đóng mở/ <i>Shut-off valve</i>	Đến / to 20 000 psi	API 598 10th Edition Nov.2016
8	Thử bền đường ống <i>Shell test</i>	Đường ống (kim loại)/ <i>Pipe line (metal)</i>	Đến / to 30 000 psi	QTKĐ:16-2014/ BLĐTBXH (2014)
9	Thử kín đường ống <i>Leakage test</i>	Đường ống (kim loại)/ <i>Pipe line (metal)</i>	Đến / to 30 000 psi	QTKĐ:16-2014/ BLĐTBXH (2014)
10	Thử vận hành <i>Working pressure test</i>	Đường ống (kim loại)/ <i>Pipe line (metal)</i>	Đến / to 30 000 psi	QTKĐ:16-2014/ BLĐTBXH (2014)
11	Thử kín đường ống <i>Leakage test</i>	Đường ống (mềm)/ <i>Pipe line (soft)</i>	Đến / to 30 000 psi	ISO 1402:2009